

2026年省大型科研仪器开放共享数据信息表

管理单位名称（盖章）：江苏省血吸虫病防治研究所

编制时间：2026年06月22日



（一）仪器管理情况

单位分管负责人	曹俊	责任部门（处室）	中心实验室	责任部门（处室）负责人	戴洋
联系人	姚甲凯	联系电话	0510-68781066	电子邮箱	yaojiakai112@163.com
序号	管理制度文号	仪器共享管理制度名称			
1	009	江苏省血吸虫病防治研究所科研设施与仪器开放共享制度			
2	069	江苏省血吸虫病防治研究所大型仪器使用收费标准			
3	073	实验室运行与管理制度			

（二）仪器开放共享总体情况

仪器总数 (台套)	正常运行 仪器数(台套)	正常运行仪器 总原值(万元)	安装监测终端的 仪器数(台套)	年有效工作总机时 (小时)	年平均有效 工作机时(小时)	年平均对外共享 服务机时(小时)
23	19	2161.36	0	8573.00	451.21	105.50



年对外共享服务										年共享服务收费总金额 (万元)	其中年对外共享服务收费总金额 (万元)	
年对外共享服务单位 (家)	16	其中	科研单位 (家)	企业 (家)	其他 (家)	26.14	26.14	在线服务平台建设			线下公共服务平台建设	
			4	7	5			纳入在线服务平台仪器数 (台套)	是否建有二级单位测试平台、实验中心等 (个)	纳入线下公共服务平台 (含一级分测中心及二级单位测试平台、实验中心等) 集中管理仪器数 (台套)		
是否建有在线服务平台	是	在线服务平台网址 (需能正常运行)	https://www.jipd.com/newsdetail/171/5665.html			19	否	1	19			
(三) 实验技术队伍情况 (仅指从事实验技术的专兼职人员, 不含教学和管理人员)												
实验技术人员总数 (人)		其中	40岁以下	专 职	兼 职	正 高	副 高	博 士	硕 士			
8		8	8	8	0	0	1	0	7			
是否设置专门实验技术人员职称序列		否	当年新增正高级职称实验技术人员数 (人)		0	共享服务收费金额用于发放实验技术人员绩效比例		1.4%~1.5%				
(四) 仪器查重复评议情况 (仅指 2025 年度 50 万元及以上大仪器查重复评议情况)												

2025 年度计划新购仪器		是否开展 查重评议	通过查重评议核减购置仪器		2025 年度实际购置仪器			
数量 (台套)	金额 (万元)	是	核减数量 (台套)	核减金额 (万元)	购置数量 (台套)	购置金额 (万元)	其中	
							国产仪器购置数量 (台套)	国产仪器购置金额 (万元)
1	238.6		0	0	1	238.6	0	0

(五) 仪器开放共享具体情况

序号	仪器名称	规格型号	原值 (万元)	是否国产 仪器	是否安装 监测终端	是否对外 共享服务	仪器使用 记录方式	年有效工 作机时 (小时)	年对外 共享服务 机时 (小时)	年共享服 务收费金 额 (万元)	年对外共 享服务收 费金额 (万元)	单位所属部 门	仪器联 系人	联系电话 (固话)
1	多功能酶标仪	SPARK	69.9	否	否	是	人工	314	150	1.3	1.3	11030211 0900007748 8	姚甲凯	0510-6878 1066
2	全自动三维超景深显微镜	Leica/DW64	65.7	否	否	是	人工	563.5	22	0.2	0.2	疟疾室	唐建霞	0510-6878 1066
3	高通量全自动核酸处理系统	Qiacube HT	129.5	否	否	是	人工	284	12	0.06	0.06	人兽共患病室	董莹	0510-6878 1066
4	高速高分辨率显微扫描仪	CASFI600	128.5	是	否	是	人工	454.5	56	0.4	0.4	蠕虫室	唐凤	0510-6878 1066
5	全自动两虫海洗设备	Filtera-Max Xpress	65	否	否	是	人工	726	210	2.1	2.1	中心实验室	唐凤	0510-6878 1066
6	全自动磁性细胞分选仪	autoMACS Pro	62.62	否	否	是	人工	527	62	0.6	0.6	中心实验室	姚甲凯	0510-6878 1066
7	荧光定量 PCR 仪	ABI-07pro	79.65	否	否	是	人工	561	50	0.25	0.25	中心实验室	姚甲凯	0510-6878 1066

8	数字PCR仪(微滴发生器 and 微滴分析仪)	BIORAD OX200	129.9	否	否	是	人工	315	120	1.8	1.8	中心实验室	姚甲凯	0510-68781066
9	倒置荧光显微镜	AXIO Observer 7	149.1	否	否	是	人工	100	63	0.6	0.6	中心实验室	姚甲凯	0510-68781066
10	全自动蛋白印迹定量表达分析系统	WES protein simple	102.02	否	否	是	人工	347	40	2	2	中心实验室	姚甲凯	0510-68781066
11	激光显微切割机	德国徕卡 LMD7	259.8	否	否	是	人工	247	60	0.6	0.6	中心实验室	姚甲凯	0510-68781066
12	厌氧工作站	Don whitley scientific A35	70.6	否	否	是	人工	468	322	1.28	1.28	中心实验室	姚甲凯	0510-68781066
13	正置荧光显微镜	BK63	69.6	否	否	是	人工	170	96.5	0.96	0.96	中心实验室	姚甲凯	0510-68781066
14	显微注射系统	S91	57.49	否	否	是	人工	241	11	0.11	0.11	中心实验室	姚甲凯	0510-68781066
15	激光扫描共聚焦显微镜	FV3000	248.7	否	否	是	人工	368	262	2.62	2.62	中心实验室	姚甲凯	0510-68781066
16	冷冻干燥机	Epsilon2- 4 LSC plus	59.68	否	否	是	人工	1618	145	1.16	1.16	中心实验室	姚甲凯	0510-68781066
17	智能型超速离心机	Optima XPN	89.5	否	否	是	人工	76	75	0.4	0.4	中心实验室	姚甲凯	0510-68781067
18	高通量测序仪	illumina 5 mised	186.1	否	否	是	人工	976	100	2.6	2.6	中心实验室	姚甲凯	0510-68781066
19	流式细胞仪	CytoFLEX S	138	否	否	是	人工	217	148	7.1	7.1	中心实验室	姚远	0510-6878

